

**Unità Operativa Complessa
Provveditorato Economato**

Tel 02 2394 2323

Fax 02 2394 2528

provveditorato@istituto-besta.it

AVVISO RELATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER ACQUISTO DI APPARECCHIATURE DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA COMPRESI SISTEMI REFRIGERANTI E COIL STIMOLAZIONE + Kit TMS comfort

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta" con sede in via Celoria 11 – 20133 Milano, intende effettuare un'indagine esplorativa per conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di riferimento, relativamente all'affidamento del sistema di cui all'oggetto.

Per APPARECCHIATURE DI STIMOLAZIONE MAGNETICA TRANSCRANICA COMPRESI SISTEMI REFRIGERANTI E COIL STIMOLAZIONE

- Numero 1 (uno) apparecchiatura di stimolazione magnetica programmabile su carrello elettromedicale, completa di trasformatore di isolamento per sistemi magnetici, capace di somministrare impulsi singoli, doppi, tripli o ripetitivi con direzione della corrente impostabile e forma d'onda monofasica, bifasica, half-sine, compatibile con i seguenti coils e modulo di refrigerazione:
 - Numero 1 (uno) modulo di refrigerazione per bobine, che permetta all'operatore di erogare oltre 20.000 stimoli prima del surriscaldamento dello stimolatore;
 - Numero 1 (uno) stimolatore magnetico su carrello elettromedicale;
 - Numero 1 (uno) coil a farfalla con raffreddamento dinamico liquido, diametro esterno uguale o superiore a 70 mm, senza angolo (angolo di 180° tra le bobine);
 - Numero 1 (uno) coil a farfalla bobina a farfalla con raffreddamento dinamico liquido e con angolo fra le bobine;
 - Numero 1 (uno) coil piatto o parabolico e diametro di 100 mm;
 - Conforme alle seguenti norme: CEI 62-5, IEC 60601-1;
 - Dichiarazione di conformità alla direttiva CE 47/2007 (o ex. CE 93/42).
 - Garanzia full-risk di minimo 24 mesi
 - Formazione personale

Importo complessivo stimato: € 54.000,00 (oltre IVA).

Si chiede altresì indicazione per singola quotazione di:

- Numero 1 (uno) coil a farfalla per utilizzo in Risonanza Magnetica, completo di Kit di controllo esterno (fuori RM);
- Numero 1 (uno) coil a farfalla per stimolazione sham.

Per Kit TMS Comfort: vacuometro, cuscino e set ricambi fodere

Importo complessivo stimato: € 1.650,00 (oltre IVA).

Le ditte interessate possono richiedere di essere invitate a partecipare alla procedura di affidamento inviando manifestazione di interesse **entro e non oltre il 24 maggio 2019** al seguente indirizzo e-mail: provveditorato@istituto-besta.it, allegando quotazione negoziabile e dettagliata scheda tecnica.

La presente indagine di mercato non è impegnativa per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta".

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare l'UOC Provveditorato – Economato al n. 02.23942323 – fax 02.23942528 – e-mail provveditorato@istituto-besta.it

Il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato

Dott.ssa Annalisa Ambrosetti



Milano, 14.05.2019