

**Unità Operativa Complessa  
Provveditorato Economato**

Tel 02 2394 2323

Fax 02 2394 2528

[provveditorato@istituto-besta.it](mailto:provveditorato@istituto-besta.it)

## **AVVISO RELATIVO A MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER UN ECOGRAFO PER INCANNULAMENTO VENOSO CENTRALE**

La Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta" con sede in via Celoria 11 – 20133 Milano, intende effettuare un'indagine esplorativa per conoscere la disponibilità degli operatori economici del mercato di riferimento, relativamente all'affidamento dell'apparecchiatura di cui all'oggetto.

### **Caratteristiche tecniche Ecografo per incannulamento venoso centrale**

- Ecotomografo portatile;
- Dotato di monitor LCD a colori da almeno 8" ad elevata risoluzione, orientabile;
- Consolle di comando con possibilità di controllo di tutte le periferiche;
- Modalità di scansione: B mode, M mode, Doppler, Colour Doppler, Colour Power Doppler;
- Tecniche hardware e/o software di riduzione del rumore e degli artefatti nonché di ottimizzazione automatica dell'immagine;
- Dotazione di sonde per l'esecuzione di incannulamenti venosi centrali e indagini cardiologiche e vascolari:
  - Sonda lineare (almeno 7-15 MHz);
  - Sonda settoriale o microconvex (almeno 5-10 MHz);
- Provvisto di archivio pazienti interno superiore ai 2 GB e possibilità di esportazione dei dati su supporti removibili;
- Tempo di accensione minore o uguale a 20sec;
- Alimentazione elettrica e a batteria ad alta capacità (almeno 2 ore di autonomia);
- Carrello ergonomico di supporto con almeno due ruote dotate di freno e con alloggiamento adeguato per le sonde;
- Dispositivo con elevata ergonomia in termini di mobilità, ampiezza del movimento del monitor e articolazione separata tra consolle, monitor e carrello;
- Dichiarazione di conformità ai sensi della direttiva 93/42/CEE o alla correttiva 47/2007/CEE;
- Garanzia full-risk 24 mesi;

**Importo stimato:** € 20.000,00 (IVA inclusa).

Le ditte interessate possono richiedere di essere invitate a partecipare alla procedura di affidamento diretto previa verifica delle caratteristiche tecniche inviando manifestazione di interesse **entro e non oltre il 09 luglio 2019** al seguente indirizzo e-mail: [provveditorato@istituto-besta.it](mailto:provveditorato@istituto-besta.it), allegando quotazione negoziabile e dettagliata scheda tecnica.

**La presente indagine di mercato non è impegnativa per la Fondazione IRCCS Istituto Neurologico "C. Besta".**

Per eventuali chiarimenti si prega di contattare l'UOC Provveditorato – Economato al n. 02.23942323 – fax 02.23942528 – e-mail [provveditorato@istituto-besta.it](mailto:provveditorato@istituto-besta.it)

Il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato

Dott.ssa Annalisa Ambrosetti



Milano, 25/6/2019